

Prüfeinrichtung

Modell: **PVGD**

Zur jährlichen Prüfung von Sicherheitseinrichtungen (EN 730-1 / ISO 5175)



Sicherheitseinrichtungen nach EN 730-1 / ISO 5175 müssen durch die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfung, Unfallverhütungsvorschrift BGV D1 §49, jährlich auf Gasrücktritt geprüft werden.

Zubehör:

Anschlussadapter für alle Standardanschlüsse
Anschlussadapter für DIN- und IBEDA-Kupplungen

Option:

Vordrucke zur Dokumentation der durchgeführten Prüfungen
Prüfplaketten
Anschlussadapter für Sondermodelle (z.B.: asymmetrische Ein- und Ausgangsstutzen)

Prüfungen:

Durchflussvergleich zwischen Alt- Neugeräten
Funktion der druckgesteuerten Nachströmsperre
Gasrücktrittprüfung

Die Vorbereitungen für die jährlichen Prüfungen vor Ort sind problemlos durchzuführen.

Platzbedarf:	50 x 50cm
Gasversorgung:	Inertgas oder Öl- und fettfreie Druckluft
Arbeitsdruck:	3 bis 5 bar
Anschluß:	G1/4"RH M
Wasser:	5 cl